

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 000872

Página 1 de 4

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

DETECTOR DE GAS

FABRICANTE:

Manufacturer

HANWEI

MODELO:

Model

GPT-100

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

14092909004

UBICACIÓN

Location

JAVIER BELTRAN BOD.87 - ACACIAS

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 1 %Vol, 0 - 10000 ppm

RESOLUCIÓN:

Resolution

0.001, 1

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE DISTRIBUCIO

DIRECCIÓN:

Address

ACACIAS

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2019-05-31

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2019-05-31

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

4

Calibrado Por:

Calibrate by:



JESUS PERILLA

Técnico en Metrología

Aprobado Por:

Checked by:



Ing. Fabian Contreras

Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision 2019-05-31

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 872

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	CILINDRO(SN FF526096)
Tipo (Type)	VOLUMEN
Fabricante (Manufacturer)	CH4
Serie	FF526096
Rango de Medición	0 - 1 %Vol
Resolución	0.2 %Vol
Certificado de Calibración	63360

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

La calibración se realizó por comparación directa, entre el instrumento de medición y el patrón de referencia, utilizando el procedimiento descrito en el manual del fabricante.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions

Temperatura Ambiente23.3 °C

Room Temperature

Humedad Relativa51.7 HR

Relative Humidity


Presión Atmosferica965.0 hpa

Atmospheric Pressure

6. Resultados de la Calibración

De Llegada (AS FOUND)

N° de Prueba	Concentración del Patrón	Indicación Instrumento	Error	Error Promedio	U
1	947 ppm	950,000	3,000	-0,333	19,918
		940,000	-7,000		
		950,000	3,000		



7. Observaciones

Remarks

*

** Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogas SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.*