

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 011799

Página 1 de 5

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

MANOMETRO N°4

FABRICANTE:

Manufacturer

BOURDON HAENNI

MODELO:

Model

ANALOGO

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

PMC 338

UBICACIÓN

Location

ERM CANAIMA

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 160 PSI

RESOLUCIÓN:

Resolution

0.5

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN:

Address

ESTACIÓN DE DISTRITO CANAIMA

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2023-08-23

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2023-08-23

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

5

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

CAMILO RINCON
Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 11799

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 367975)
Tipo (Type)	PRESION
Fabricante (Manufacturer)	CRYSTAL
Serie	367975
Rango de Medición	0 - 300 PSI
Resolución	0.01 PSI
Certificado de Calibración	CMK-PRES-220593

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109 El manometro referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL, las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el manometro se mantuvo durante veinte minutos en carga maxima.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions

Temperatura Ambiente31.4 °C

Room Temperature

Humedad Relativa65.9 HR

Relative Humidity


Presión Atmosferica958.9 hpa

Atmospheric Pressure

6. Resultados de la Calibración

De Llegada (AS FOUND)


Indicación Patrón	Indicación Instrumento Ascenso	Indicación Instrumento Descenso	Error Max. Relativo A La Escala	Maxima de Presión
0.0	0.0	null	0,0000%	4,000
16.0	14.0	null	-1,2500%	
32.0	30.0	null	-1,2500%	
48.0	46.0	null	-1,2500%	
64.0	61.0	null	-1,8750%	
96.0	null	93.0	-1,8750%	
112.0	null	110.0	-1,2500%	
128.0	null	125.0	-1,8750%	
144.0	null	141.0	-1,8750%	
160.0	null	156.0	-2,5000%	
80.0	77.0	78.0	-1,8750%	U
0.0	null	0.0	0,0000%	52,584
16.0	null	14.0	-1,2500%	
32.0	null	30.0	-1,2500%	
48.0	null	45.0	-1,8750%	
64.0	null	61.0	-1,8750%	
96.0	93.0	null	-1,8750%	



Max Error (%)=	2,5 %	±32,865
Max Error (PSI)=	4,000 PSI	±52,584

De Llegada (AS FOUND)

Indicación Patrón	Indicación Instrumento Ascenso	Indicación Instrumento Descenso	Error Max. Relativo A La Escala	Maxima de Presión
112.0	109.0	null	-1,8750%	
128.0	124.0	null	-2,5000%	
144.0	141.0	null	-1,8750%	
160.0	157.0	null	-1,8750%	



Max Error (%)=	2,5 %	±32,865
Max Error (PSI)=	4,000 PSI	±52,584

7. Observaciones

Remarks

* Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogás SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.

* La máxima diferencia en porcentaje, respecto a la full escala es de: 2,50%.

* El porcentaje de error así obtenido, es permitido en manómetros que corresponden a la clase de exactitud 4,00

* *Se calibra equipo dentro de los parámetros permitido, con 2.5% del error en su incertidumbre más alta.

*precinto antiguo (13258)

precinto nuevo (14200)