

## LABORATORIO DE METROLOGÍA

### HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

**Resultados de la calibración:** El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

|                         |                        |             |         |         |                  |                                 |                      |
|-------------------------|------------------------|-------------|---------|---------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| Instrumento:            | PLANCHA DE TERMOFUSIÓN |             |         |         |                  |                                 |                      |
| Marca:                  | MCELROY                |             |         |         |                  |                                 |                      |
| Modelo:                 | TOPE                   |             |         |         |                  |                                 |                      |
| Serie:                  | TP-30                  |             |         |         |                  |                                 |                      |
| Intervalo de Medición:  | 0 - 410 °F             |             |         |         |                  |                                 |                      |
| Criterio de Aceptación: | 2.44%                  |             |         |         |                  |                                 |                      |
| N° Informe              | Fecha de Calibración   | Laboratorio | E%      | U%      | Unidad de Medida | Determinación de la Conformidad | Nombre Quien Reporta |
| P 003498                | 2018-07-12             | METROLOGIA  | 4,000%  | 0,113%  | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 003498                | 2018-07-12             | METROLOGIA  | 4,000%  | 0,113%  | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 003590                | 2018-09-06             | METROLOGIA  | 3,000%  | 0,084%  | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 003590                | 2018-09-06             | METROLOGIA  | -3,000% | -0,084% | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 003656                | 2018-12-04             | METROLOGIA  | 3,000%  | 0,085%  | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 003656                | 2018-12-04             | METROLOGIA  | -3,000% | -0,084% | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 003751                | 2019-03-12             | METROLOGIA  | 4,000%  | 0,113%  | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 003751                | 2019-03-12             | METROLOGIA  | -4,000% | -0,112% | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 003866                | 2019-06-13             | METROLOGIA  | 3,000%  | 0,088%  | °F               |                                 | LENIN PEREZ          |
| P 003866                | 2019-06-13             | METROLOGIA  | 3,000%  | 0,088%  | °F               |                                 | LENIN PEREZ          |
| P 003969                | 2019-09-10             | METROLOGIA  | 3,000%  | 0,094%  | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 003969                | 2019-09-10             | METROLOGIA  | 40,000% | 1,075%  | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 003969                | 2019-09-10             | METROLOGIA  | -40,000 | -1,079% | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 003969                | 2019-09-10             | METROLOGIA  | 3,000%  | 0,097%  | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 004100                | 2019-12-16             | METROLOGIA  | 3,000%  | 0,088%  | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 004100                | 2019-12-16             | METROLOGIA  | -3,000% | -0,088% | °F               |                                 | JESUS PERILLA        |
| P 004213                | 2020-03-18             | METROLOGIA  | 3,000%  | 0,088%  | °F               |                                 | ANDRES MEJIA         |
| P 004213                | 2020-03-18             | METROLOGIA  | -3,000% | -0,088% | °F               |                                 | ANDRES MEJIA         |
| P 004326                | 2020-06-16             | METROLOGIA  | 3,000%  | 0,085%  | °F               |                                 | ANDRES MEJIA         |
| P 004326                | 2020-06-16             | METROLOGIA  | -3,000% | -0,085% | °F               |                                 | ANDRES MEJIA         |
| P 004432                | 2020-09-15             | METROLOGIA  | 2,000%  | 0,056%  | °F               | C                               | JESUS PERILLA        |
| P 004432                | 2020-09-15             | METROLOGIA  | 2,000%  | 0,056%  | °F               | C                               | JESUS PERILLA        |

NOTA: Diligencie esta información únicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Fecha Puesta Fuera de Servicio:                       |  |
| Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV: |  |
| Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:        |  |

#### CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha De Cambio | Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión) | Descripción Del Cambio                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 24-10-2017      | I                                                      | Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12" |
|                 |                                                        |                                                  |
|                 |                                                        |                                                  |