

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Instrumento:	PLANCHA DE TERMOFUSIÓN						
Marca:	CENTRAL						
Modelo:	2 SW						
Serie:	TP-69						
Intervalo de Medición:	0 - 480 °F						
Criterio de Aceptación:	2.084%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 003486	2018-06-29	METROLOGIA	4,000%	0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003486	2018-06-29	METROLOGIA	-4,000%	-0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003574	2018-09-24	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 003574	2018-09-24	METROLOGIA	-3,000%	-0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 003654	2018-12-05	METROLOGIA	4,000%	0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003654	2018-12-05	METROLOGIA	-4,000%	-0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003752	2019-03-12	METROLOGIA	4,000%	0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003752	2019-03-12	METROLOGIA	-4,000%	-0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003849	2019-05-08	METROLOGIA	3,000%	0,085%	°F		JESUS PERILLA
P 003849	2019-05-08	METROLOGIA	12,000%	0,296%	°F		JESUS PERILLA
P 003849	2019-05-08	METROLOGIA	-3,000%	-0,079%	°F		JESUS PERILLA
P 003849	2019-05-08	METROLOGIA	12,000%	0,296%	°F		JESUS PERILLA
P 003933	2019-08-14	METROLOGIA	5,000%	0,125%	°F		JESUS PERILLA
P 003933	2019-08-14	METROLOGIA	-5,000%	-0,126%	°F		JESUS PERILLA
P 003993	2019-09-09	METROLOGIA	4,000%	0,100%	°F		JESUS PERILLA
P 003993	2019-09-09	METROLOGIA	-4,000%	-0,100%	°F		JESUS PERILLA
P 004099	2019-12-16	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004099	2019-12-16	METROLOGIA	-3,000%	-0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004209	2020-03-18	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004209	2020-03-18	METROLOGIA	-3,000%	-0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004325	2020-06-12	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004325	2020-06-12	METROLOGIA	-2,000%	-0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004433	2020-09-15	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004433	2020-09-15	METROLOGIA	-2,000%	-0,048%	°F	C	JESUS PERILLA

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.

Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"