

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 001400

Página 1 de 4

**LABORATORIO:**

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

**INSTRUMENTO:**

Instrument

DETECTOR CH4

**FABRICANTE:**

Manufacturer

HENAN HANWEI

**MODELO:**

Model

JL269

**NUMERO DE SERIE:**

Serial Number

CC18022017

**UBICACIÓN**

Location

EDISSON VELASQUEZ BOD 53 - FACTURACION

**RANGO DE MEDICION:**

Measurement Range

0 - 1000 ppm, 0 - 10000 ppm

**RESOLUCIÓN:**

Resolution

1

**SOLICITANTE:**

Customer

LIDER DE FACTURACION

**DIRECCIÓN:**

Address

CARRERA 38 N° 26C - 95 MAIZARO

**FECHA DE RECEPCIÓN:**

Date of Reception

2023-02-23

**FECHA DE CALIBRACIÓN:**

Date of Calibration

2023-02-23

**NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:**

Number of Pages and Document Attached

4

**Calibrado Por:**

Calibrate by:

**Aprobado Por:**

Checked by:

MIYER RETAVISCA

Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras

Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 1400

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

| Descripción (Description)  | CILINDRO(SN FF18112) | CILINDRO(SN FF18167) |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo (Type)                | CONCENTRACION        | CONCENTRACION        |
| Fabricante (Manufacturer)  | CH4                  | CH4                  |
| Serie                      | FF18112              | FF18167              |
| Rango de Medición          | 0 - 1000 ppm         | 0 - 10000 ppm        |
| Resolución                 | 1 ppm                | 1 ppm                |
| Certificado de Calibración | 18836                | 18835                |

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

La calibración se realizó por comparación directa, entre el instrumento de medición y el patrón de referencia, utilizando el procedimiento descrito en el manual del fabricante.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura  $k = 2$ , con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura Ambiente | 22.7 °C    |
| Room Temperature     |            |
| Humedad Relativa     | 43.8 HR    |
| Relative Humidity    |            |
| Presión Atmosferica  | 1014.0 hpa |
| Atmospheric Pressure |            |

6. Resultados de la Calibración

De Llegada (AS FOUND)

| N° de Prueba | Concentración del Patrón | Indicación Instrumento | Error   | Error Promedio | U       |
|--------------|--------------------------|------------------------|---------|----------------|---------|
| 1            | 10000 ppm                | 10.000,000             | 0,000   | 0,000          | 197,202 |
|              |                          | 10.000,000             | 0,000   |                |         |
|              |                          | 10.000,000             | 0,000   |                |         |
| 2            | 1061 ppm                 | 1.000,000              | -61,000 | -61,000        | 21,042  |
|              |                          | 1.000,000              | -61,000 |                |         |
|              |                          | 1.000,000              | -61,000 |                |         |

DIAGRAMA DE CALIBRACION



## 7. Observaciones

*Remarks*

\* *Calibración de equipo sin novedad.*

\* *Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogas SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.*