

## LABORATORIO DE METROLOGÍA

### HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

<b>Instrumento:</b>	MANOMETRO ANALOGO							
<b>Marca:</b>	NK							
<b>Modelo:</b>	BOURDON							
<b>Serie:</b>	20150010							
<b>Intervalo de Medición:</b>	0 - 400 Bar							
<b>Criterio de Aceptación:</b>	4.0%							
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta	
P 008044	2018-05-29	METROLOGIA	0,938%	0,395%	Bar	C	ANDRES MEJIA	
P 009079	2019-09-23	METROLOGIA	1,375%	0,701%	Bar	C	ANDRES MEJIA	
P 009924	2020-10-08	METROLOGIA	0,625%	0,634%	Bar	C	ANDRES MEJIA	

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.

Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

#### CONTROL DE CAMBIOS

Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"