

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Resultados de la calibración: El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD						
Marca:	DK TECH						
Modelo:	EI16						
Serie:	V64-MF-16N-1000-C						
Intervalo de Medición:	0 - 70 Bar						
Criterio de Aceptación:	2.0%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 003320	2018-08-28	METROLOGIA	0,376%	0,766%	Bar	C	DANIEL ANTONIO
P 003474	2019-01-22	METROLOGIA	0,176%	0,288%	Bar	C	DANIEL ANTONIO
P 003645	2019-07-24	METROLOGIA	-0,638%	0,681%	Bar	C	DANIEL ANTONIO
P 003816	2020-01-28	METROLOGIA	-0,157%	0,449%	Bar	C	DANIEL ANTONIO
P 003990	2020-07-29	METROLOGIA	-0,657%	0,498%	Bar	C	DANIEL ANTONIO
P 004111	2020-12-30	METROLOGIA	-0,348%	0,464%	Bar	C	DANIEL ANTONIO
P 004260	2021-06-10	METROLOGIA	-0,219%	0,344%	Bar	C	DANIEL ANTONIO
P 004398	2021-12-23	METROLOGIA	0,181%	0,945%	Bar	C	DANIEL ANTONIO
P 004545	2022-06-14	METROLOGIA	-1,495%	0,528%	Bar		DANIEL ANTONIO

* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"