

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Resultados de la calibración: El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

Instrumento:	PLANCHA DE TERMOFUSIÓN						
Marca:	CENTRAL						
Modelo:	2 SW						
Serie:	TP-23						
Intervalo de Medición:	0 - 410 °F						
Criterio de Aceptación:	2.44%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 003524	2018-08-03	METROLOGIA	2,000%	0,057%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003524	2018-08-03	METROLOGIA	2,000%	0,056%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003630	2018-11-01	METROLOGIA	4,000%	0,119%	°F		ANDRES MEJIA
P 003630	2018-11-01	METROLOGIA	4,000%	0,118%	°F		ANDRES MEJIA
P 003710	2019-02-05	METROLOGIA	2,000%	0,057%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003710	2019-02-05	METROLOGIA	2,000%	0,057%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003829	2019-05-08	METROLOGIA	2,000%	0,057%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003829	2019-05-08	METROLOGIA	2,000%	0,056%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003951	2019-08-05	METROLOGIA	3,000%	0,088%	°F		JESUS PERILLA
P 003951	2019-08-05	METROLOGIA	-3,000%	-0,088%	°F		JESUS PERILLA
P 003999	2019-09-09	METROLOGIA	4,000%	0,118%	°F		ANDRES MEJIA
P 003999	2019-09-09	METROLOGIA	4,000%	0,119%	°F		ANDRES MEJIA
P 004104	2019-12-16	METROLOGIA	2,000%	0,059%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004104	2019-12-16	METROLOGIA	2,000%	0,059%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004212	2020-03-09	METROLOGIA	4,000%	0,118%	°F		LENIN PEREZ
P 004212	2020-03-09	METROLOGIA	4,000%	0,118%	°F		LENIN PEREZ
P 004317	2020-06-08	METROLOGIA	3,000%	0,084%	°F		JESUS PERILLA
P 004317	2020-06-08	METROLOGIA	-3,000%	-0,084%	°F		JESUS PERILLA
P 004424	2020-09-15	METROLOGIA	2,000%	0,056%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004424	2020-09-15	METROLOGIA	-2,000%	-0,056%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004529	2020-11-17	METROLOGIA	3,000%	0,089%	°F		ANDRES MEJIA
P 004529	2020-11-17	METROLOGIA	34,000%	0,891%	°F		ANDRES MEJIA
P 004529	2020-11-17	METROLOGIA	-34,000	-0,891%	°F		ANDRES MEJIA
P 004529	2020-11-17	METROLOGIA	3,000%	0,091%	°F		ANDRES MEJIA

NOTA: Diligencie esta información únicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.

Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"