

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Resultados de la calibración: El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

Instrumento:	MANOGRAFO DE PRESION							
Marca:	DICKSON							
Modelo:	PW474							
Serie:	16216234							
Intervalo de Medición:	0 - 200 PSI							
Criterio de Aceptación:	4.0%							
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta	
P 008080	2018-05-30	METROLOGIA	1,250%	0,733%	PSI	C	JESUS PERILLA	
P 008437	2018-11-28	METROLOGIA	1,250%	0,635%	PSI	C	LENIN PEREZ	
P 008790	2019-05-15	METROLOGIA	1,250%	0,733%	PSI	C	LENIN PEREZ	
P 009192	2019-11-26	METROLOGIA	1,250%	0,473%	PSI	C	ANDRES MEJIA	
P 009479	2020-05-27	METROLOGIA	1,250%	0,819%	PSI	C	ANDRES MEJIA	
P 009983	2020-11-18	METROLOGIA	0,000%	1,568%	PSI	C	LENIN PEREZ	

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.

Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"