

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Resultados de la calibración: El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

Instrumento:	DETECTOR DE ODORANTE						
Marca:	AXEL SEMRAU						
Modelo:	ODOR HANDY PLUS						
Serie:	28201162						
Intervalo de Medición:	0 - 13 mg/m3						
Criterio de Aceptación:	7.6%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 000882	2019-07-31	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000894	2019-09-30	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000916	2019-12-02	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000925	2020-01-07	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000950	2020-02-28	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000969	2020-03-26	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000974	2020-04-28	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	ANDRES MEJIA
P 000978	2020-05-20	METROLOGIA	0,000%	2,269%	mg/m3	C	JESUS PERILLA
P 000983	2020-06-16	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001001	2020-07-30	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001012	2020-08-27	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001024	2020-09-28	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001034	2020-10-28	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001037	2020-11-27	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001051	2020-12-28	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001056	2021-01-28	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001093	2021-02-11	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001112	2021-03-19	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001148	2021-08-23	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001161	2021-09-17	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001168	2021-10-22	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001183	2021-11-26	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001186	2021-12-22	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001195	2022-01-31	METROLOGIA	0,000%	2,263%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001260	2022-04-27	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001268	2022-05-25	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001284	2022-06-28	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001296	2022-07-27	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001312	2022-08-23	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001340	2022-10-25	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001347	2022-11-24	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001359	2022-12-26	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001380	2023-01-27	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001414	2023-02-23	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA

Instrumento:	DETECTOR DE ODORANTE						
Marca:	AXEL SEMRAU						
Modelo:	ODOR HANDY PLUS						
Serie:	28201162						
Intervalo de Medición:	0 - 13 mg/m3						
Criterio de Aceptación:	7.6%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 001438	2023-03-28	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001446	2023-05-02	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001456	2023-06-01	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001473	2023-07-10	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001490	2023-08-30	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001499	2023-09-12	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA

* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"