

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Instrumento:	PLANCHA DE TERMOFUSION						
Marca:	CENTRAL						
Modelo:	707701						
Serie:	TP-41						
Intervalo de Medición:	0 - 410 °F						
Criterio de Aceptación:	2.44%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 003526	2018-08-02	METROLOGIA	3,000%	0,352%	°F		ANDRES MEJIA
P 003526	2018-08-02	METROLOGIA	3,000%	0,361%	°F		ANDRES MEJIA
P 003638	2018-11-08	METROLOGIA	2,000%	0,059%	°F	C	LENIN PEREZ
P 003638	2018-11-08	METROLOGIA	2,000%	0,059%	°F	C	LENIN PEREZ
P 003724	2019-02-11	METROLOGIA	2,000%	0,056%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003724	2019-02-11	METROLOGIA	2,000%	0,056%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003814	2019-05-17	METROLOGIA	5,000%	0,146%	°F		JESUS PERILLA
P 003814	2019-05-17	METROLOGIA	-5,000%	-0,146%	°F		JESUS PERILLA
P 003945	2019-08-30	METROLOGIA	3,000%	0,089%	°F		JESUS PERILLA
P 003945	2019-08-30	METROLOGIA	3,000%	0,088%	°F		JESUS PERILLA
P 004067	2019-11-15	METROLOGIA	3,000%	0,088%	°F		JESUS PERILLA
P 004067	2019-11-15	METROLOGIA	-3,000%	-0,088%	°F		JESUS PERILLA
P 004182	2020-02-13	METROLOGIA	2,000%	0,056%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004182	2020-02-13	METROLOGIA	2,000%	0,056%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004264	2020-05-05	METROLOGIA	4,000%	0,114%	°F		LENIN PEREZ
P 004264	2020-05-05	METROLOGIA	4,000%	0,114%	°F		LENIN PEREZ
P 004404	2020-08-11	METROLOGIA	2,000%	0,057%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004404	2020-08-11	METROLOGIA	2,000%	0,058%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004481	2020-10-09	METROLOGIA	3,000%	0,084%	°F		JESUS PERILLA
P 004481	2020-10-09	METROLOGIA	-3,000%	-0,084%	°F		JESUS PERILLA
P 004530	2020-11-17	METROLOGIA	2,000%	0,059%	°F	C	LENIN PEREZ
P 004530	2020-11-17	METROLOGIA	77,000%	1,839%	°F		LENIN PEREZ
P 004530	2020-11-17	METROLOGIA	-77,000	-1,835%	°F		LENIN PEREZ
P 004530	2020-11-17	METROLOGIA	2,000%	0,058%	°F	C	LENIN PEREZ

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.

Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"