

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Instrumento:	PLANCHA DE TERMOFUSION						
Marca:	CENTRAL						
Modelo:	2 SW						
Serie:	TP-A45						
Intervalo de Medición:	0 - 480 °F						
Criterio de Aceptación:	2.084%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 003512	2018-07-26	METROLOGIA	4,000%	0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003512	2018-07-26	METROLOGIA	-4,000%	-0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003583	2018-09-24	METROLOGIA	4,000%	0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003583	2018-09-24	METROLOGIA	-4,000%	-0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003697	2019-01-28	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003697	2019-01-28	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003763	2019-03-22	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 003763	2019-03-22	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 003846	2019-05-17	METROLOGIA	6,000%	0,149%	°F		JESUS PERILLA
P 003846	2019-05-17	METROLOGIA	-6,000%	-0,149%	°F		JESUS PERILLA
P 003915	2019-07-29	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 003915	2019-07-29	METROLOGIA	-3,000%	-0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 003989	2019-09-27	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 003989	2019-09-27	METROLOGIA	-3,000%	-0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004081	2019-11-22	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004081	2019-11-22	METROLOGIA	-3,000%	-0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004155	2020-01-17	METROLOGIA	4,000%	0,101%	°F		JESUS PERILLA
P 004155	2020-01-17	METROLOGIA	-4,000%	-0,100%	°F		JESUS PERILLA
P 004226	2020-03-12	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004226	2020-03-12	METROLOGIA	-3,000%	-0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004365	2020-07-21	METROLOGIA	2,000%	0,050%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004365	2020-07-21	METROLOGIA	-2,000%	-0,050%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004426	2020-09-10	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004426	2020-09-10	METROLOGIA	-2,000%	-0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004533	2020-11-26	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		ANDRES MEJIA
P 004533	2020-11-26	METROLOGIA	-3,000%	-0,072%	°F		ANDRES MEJIA
P 004571	2021-01-20	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004571	2021-01-20	METROLOGIA	-2,000%	-0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004662	2021-03-25	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004662	2021-03-25	METROLOGIA	-2,000%	-0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004734	2021-05-18	METROLOGIA	2,000%	0,050%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004734	2021-05-18	METROLOGIA	-2,000%	-0,050%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004812	2021-07-21	METROLOGIA	3,000%	0,074%	°F		JESUS PERILLA
P 004812	2021-07-21	METROLOGIA	-3,000%	-0,074%	°F		JESUS PERILLA

Instrumento:	PLANCHA DE TERMOFUSION						
Marca:	CENTRAL						
Modelo:	2 SW						
Serie:	TP-A45						
Intervalo de Medición:	0 - 480 °F						
Criterio de Aceptación:	2.084%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 004895	2021-09-28	METROLOGIA	3,000%	0,077%	°F		JESUS PERILLA
P 004895	2021-09-28	METROLOGIA	42,000%	1,131%	°F		JESUS PERILLA
P 004895	2021-09-28	METROLOGIA	3,000%	0,085%	°F		JESUS PERILLA
P 004895	2021-09-28	METROLOGIA	42,000%	1,135%	°F		JESUS PERILLA
P 004963	2021-11-29	METROLOGIA	2,000%	0,049%	°F	C	YEISON
P 004963	2021-11-29	METROLOGIA	2,000%	0,049%	°F	C	YEISON

* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"