

## LABORATORIO DE METROLOGÍA

### HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

**Resultados de la calibración:** El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

<b>Instrumento:</b>	DETECTOR DE ODORANTE							
<b>Marca:</b>	AXEL SEMRAU							
<b>Modelo:</b>	ODOR HANDY PLUS							
<b>Serie:</b>	28201165							
<b>Intervalo de Medición:</b>	0 - 13 mg/m3							
<b>Criterio de Aceptación:</b>	7.6%							
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta	
P 000883	2019-07-24	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 000890	2019-08-08	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 000906	2019-10-03	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 000908	2019-10-30	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 000952	2020-02-18	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 000970	2020-03-19	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 000975	2020-04-27	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	ANDRES MEJIA	
P 000979	2020-05-20	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	JESUS PERILLA	
P 000984	2020-06-24	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001002	2020-07-23	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001015	2020-08-26	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001025	2020-09-28	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001035	2020-10-28	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001038	2020-11-30	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001050	2020-12-28	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001057	2021-01-26	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001094	2021-02-22	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001110	2021-03-12	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001142	2021-07-23	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001149	2021-08-27	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001164	2021-09-27	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001171	2021-10-26	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001178	2021-11-30	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001187	2021-12-29	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001207	2022-01-25	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001232	2022-02-21	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001251	2022-03-30	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	
P 001256	2022-04-27	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA	

<b>Instrumento:</b>	DETECTOR DE ODORANTE							
<b>Marca:</b>	AXEL SEMRAU							
<b>Modelo:</b>	ODOR HANDY PLUS							
<b>Serie:</b>	28201165							
<b>Intervalo de Medición:</b>	0 - 13 mg/m3							
<b>Criterio de Aceptación:</b>	7.6%							
<b>N° Informe</b>	<b>Fecha de Calibración</b>	<b>Laboratorio</b>	<b>E%</b>	<b>U%</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Determinación de la Conformidad</b>	<b>Nombre Quien Reporta</b>	

\* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
<b>Fecha De Cambio</b>	<b>Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)</b>	<b>Descripción Del Cambio</b>
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"