

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD							
Marca:	DRESSER							
Modelo:	NR							
Serie:	204							
Intervalo de Medición:	0 - 275 Bar							
Criterio de Aceptación:	2.0%							
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta	
P 003382	2018-11-23	METROLOGIA	-0,257%	0,113%	Bar	C	ANDRES MEJIA	
P 003540	2019-05-13	METROLOGIA	0,273%	0,209%	Bar	C	ANDRES MEJIA	
P 003725	2019-11-27	METROLOGIA	0,144%	0,157%	Bar	C	ANDRES MEJIA	
P 003872	2020-05-13	METROLOGIA	0,010%	0,308%	Bar	C	ANDRES MEJIA	
P 004053	2020-11-18	METROLOGIA	0,458%	0,324%	Bar	C	ANDRES MEJIA	
P 004180	2021-05-26	METROLOGIA	0,165%	0,137%	Bar	C	ANDRES MEJIA	
P 004369	2021-11-10	METROLOGIA	0,109%	0,102%	Bar	C	YEISON	
P 004500	2022-06-02	METROLOGIA	0,024%	0,074%	Bar	C	YEISON	

* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"