

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Instrumento:	MANOMETRO ANALOGO							
Marca:	NUOVA FIMA							
Modelo:	ANALOGO							
Serie:	2014093							
Intervalo de Medición:	0 - 60 PSI							
Criterio de Aceptación:	4.0%							
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta	
P 008210	2018-07-11	METROLOGIA	0,833%	0,015%	PSI	C	ANDRES MEJIA	
P 008893	2019-07-30	METROLOGIA	1,250%	0,048%	PSI	C	ANDRES MEJIA	
P 009346	2020-02-05	METROLOGIA	0,833%	0,019%	PSI	C	LENIN PEREZ	
P 010131	2021-02-23	METROLOGIA	0,833%	0,095%	PSI	C	LENIN PEREZ	

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.

Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"