

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Resultados de la calibración: El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

Instrumento:	VALVULA DE SEGURIDAD N°02						
Marca:	TAKEI CO LTDA						
Modelo:	NR						
Serie:	B37224						
Intervalo de Medición:	0 - 275 Bar						
Criterio de Aceptación:	2.0%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 003297	2018-08-15	METROLOGIA	0,099%	0,690%	Bar	C	LENIN PEREZ
P 003476	2019-02-07	METROLOGIA	0,102%	0,355%	Bar	C	LENIN PEREZ
P 003664	2019-08-30	METROLOGIA	0,073%	0,755%	Bar	C	LENIN PEREZ
P 003834	2020-02-19	METROLOGIA	0,195%	0,528%	Bar	C	LENIN PEREZ
P 003998	2020-08-04	METROLOGIA	-0,105%	0,086%	Bar	C	ANDRES MEJIA
P 004130	2021-02-03	METROLOGIA	-0,022%	0,449%	Bar	C	ANDRES MEJIA
P 004295	2021-08-30	METROLOGIA	0,377%	0,663%	Bar	C	ANDRES MEJIA
P 004414	2022-02-01	METROLOGIA	0,246%	0,092%	Bar	C	ANDRES MEJIA

* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"