

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Instrumento:	TRANSMISOR-TEMPERATURA N°04						
Marca:	INSTRUMATIC						
Modelo:	RTD						
Serie:	T4 41464						
Intervalo de Medición:	0 - 150 °C						
Criterio de Aceptación:	6.66%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 001021	2018-12-13	METROLOGIA	2,000%	1,787%	°C	C	DANIEL ANTONIO
P 001106	2019-11-19	METROLOGIA	3,000%	1,927%	°C	C	DANIEL ANTONIO
P 001183	2020-11-11	METROLOGIA	3,000%	1,413%	°C	C	DANIEL ANTONIO
P 001257	2021-09-28	METROLOGIA	5,000%	1,916%	°C	C	DANIEL ANTONIO

* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.

Fecha Puesta Fuera de Servicio:

Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:

Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"