

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Resultados de la calibración: El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

Instrumento:	DETECTOR DE ODORANTE						
Marca:	AXEL SEMRAU						
Modelo:	ODOR HANDY PLUS						
Serie:	28201165						
Intervalo de Medición:	0 - 13 mg/m3						
Criterio de Aceptación:	7.6%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 000883	2019-07-24	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000890	2019-08-08	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000906	2019-10-03	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000908	2019-10-30	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000952	2020-02-18	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000970	2020-03-19	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 000975	2020-04-27	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	ANDRES MEJIA
P 000979	2020-05-20	METROLOGIA	0,000%	2,275%	mg/m3	C	JESUS PERILLA
P 000984	2020-06-24	METROLOGIA	0,000%	2,268%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001002	2020-07-23	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001015	2020-08-26	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001025	2020-09-28	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001035	2020-10-28	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001038	2020-11-30	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001050	2020-12-28	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001057	2021-01-26	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001094	2021-02-22	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001110	2021-03-12	METROLOGIA	0,000%	2,278%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001142	2021-07-23	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001149	2021-08-27	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001164	2021-09-27	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001171	2021-10-26	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001178	2021-11-30	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001187	2021-12-29	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001207	2022-01-25	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001232	2022-02-21	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001251	2022-03-30	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA
P 001256	2022-04-27	METROLOGIA	0,000%	2,276%	mg/m3	C	MIYER RETAVISCA

Instrumento:	DETECTOR DE ODORANTE						
Marca:	AXEL SEMRAU						
Modelo:	ODOR HANDY PLUS						
Serie:	28201165						
Intervalo de Medición:	0 - 13 mg/m3						
Criterio de Aceptación:	7.6%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta

* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"