

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 003923

Página 1 de 4

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

VALVULA DE SEGURIDAD N°02 SALIDA 1RA ETAPA

FABRICANTE:

Manufacturer

TAYLOR TOOLS

MODELO:

Model

82A735131

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

43582-6

UBICACIÓN

Location

ERM SAN CARLOS DE GUAROA

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 375 PSI

RESOLUCIÓN:

Resolution

1

SOLICITANTE:

Customer

DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN:

Address

ESTACIÓN DESCOMPRESORA SAN CARLOS DE GUAROA

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2020-06-25

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2020-06-25

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

4

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

LENIN PEREZ

Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras

Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emisión null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 3923

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO(SN 1974060)
Tipo (Type)	PRESION
Fabricante (Manufacturer)	FLUKE
Serie	1974060
Rango de Medición	0 - 1000 PSI
Resolución	0.1 PSI
Certificado de Calibración	CERT-19-EMP-1822-3393

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109 El valvula de seguridad referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL , las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el valvula de seguridad se mantuvo durante veinte minutos en carga maxima.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales


Enviromental Conditions

Temperatura Ambiente	30.0 °C
Room Temperature	
Humedad Relativa	75.8 HR
Relative Humidity	
Presión Atmosferica	988.0 hpa
Atmospheric Pressure	

6. Resultados de la Calibración

No. Prueba	Presión Disparo	Presión Recuperación	U Disparo	U Recuperación
1	375,1	359	0,909	4,981
2	375,5	361,4		
3	375,9	363		
Promedio	375,5	361,13		
Error Max.	0,9			
SETTING AS FOUND		374.8 PSI		

DIAGRAMA DE CALIBRACION



Presión Disparo

Presión de Disparo =	375,5 PSI	±0,909
	0,133%	±0,242%
Presión de Recuperación =	361,133 PSI	±4,981
	-0,514%	±1,379%

7. Observaciones

Remarks

* Precincinto 11068