

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Resultados de la calibración: El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

Instrumento:	PLANCHA DE TERMOFUSION						
Marca:	MCELROY						
Modelo:	SILLETA						
Serie:	20160019						
Intervalo de Medición:	0 - 500 °F						
Criterio de Aceptación:	2.0%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 003483	2018-06-05	METROLOGIA	4,000%	0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003483	2018-06-05	METROLOGIA	-4,000%	-0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003575	2018-09-12	METROLOGIA	3,000%	0,069%	°F		JESUS PERILLA
P 003575	2018-09-12	METROLOGIA	3,000%	0,069%	°F		JESUS PERILLA
P 003648	2018-12-10	METROLOGIA	7,000%	0,168%	°F		LENIN PEREZ
P 003648	2018-12-10	METROLOGIA	-7,000%	-0,167%	°F		LENIN PEREZ
P 003743	2019-02-14	METROLOGIA	4,000%	0,092%	°F		JESUS PERILLA
P 003743	2019-02-14	METROLOGIA	-4,000%	-0,092%	°F		JESUS PERILLA
P 003834	2019-05-08	METROLOGIA	4,000%	0,092%	°F		JESUS PERILLA
P 003834	2019-05-08	METROLOGIA	-4,000%	-0,092%	°F		JESUS PERILLA
P 003946	2019-08-06	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 003946	2019-08-06	METROLOGIA	-3,000%	-0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 004068	2019-11-19	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 004068	2019-11-19	METROLOGIA	-3,000%	-0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 004183	2020-02-13	METROLOGIA	3,000%	0,069%	°F		JESUS PERILLA
P 004183	2020-02-13	METROLOGIA	-3,000%	-0,069%	°F		JESUS PERILLA
P 004276	2020-05-08	METROLOGIA	4,000%	0,092%	°F		JESUS PERILLA
P 004276	2020-05-08	METROLOGIA	-4,000%	-0,092%	°F		JESUS PERILLA
P 004405	2020-08-10	METROLOGIA	4,000%	0,093%	°F		JESUS PERILLA
P 004405	2020-08-10	METROLOGIA	4,000%	0,093%	°F		JESUS PERILLA
P 004502	2020-11-18	METROLOGIA	4,000%	0,093%	°F		ANDRES MEJIA
P 004502	2020-11-18	METROLOGIA	-4,000%	-0,093%	°F		ANDRES MEJIA
P 004618	2021-02-16	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		LENIN PEREZ
P 004618	2021-02-16	METROLOGIA	-3,000%	-0,072%	°F		LENIN PEREZ
P 004717	2021-05-10	METROLOGIA	4,000%	0,094%	°F		ANDRES MEJIA
P 004717	2021-05-10	METROLOGIA	-4,000%	-0,095%	°F		ANDRES MEJIA
P 004834	2021-08-17	METROLOGIA	2,000%	0,047%	°F		JESUS PERILLA
P 004834	2021-08-17	METROLOGIA	2,000%	0,047%	°F		JESUS PERILLA
P 004942	2021-11-29	METROLOGIA	3,000%	0,070%	°F		ANDRES MEJIA
P 004942	2021-11-29	METROLOGIA	3,000%	0,070%	°F		ANDRES MEJIA
P 005065	2022-02-28	METROLOGIA	3,000%	0,070%	°F		ANDRES MEJIA
P 005065	2022-02-28	METROLOGIA	-3,000%	-0,070%	°F		ANDRES MEJIA
P 005190	2022-05-31	METROLOGIA	4,000%	0,093%	°F		ANDRES MEJIA
P 005190	2022-05-31	METROLOGIA	-4,000%	-0,093%	°F		ANDRES MEJIA

Instrumento:	PLANCHA DE TERMOFUSION						
Marca:	MCELROY						
Modelo:	SILLETA						
Serie:	20160019						
Intervalo de Medición:	0 - 500 °F						
Criterio de Aceptación:	2.0%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta

* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"