

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Resultados de la calibración: El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

Instrumento:	PLANCHA DE TERMOFUSIÓN						
Marca:	CENTRAL						
Modelo:	SOCKET						
Serie:	TP-52						
Intervalo de Medición:	0 - 480 °F						
Criterio de Aceptación:	2.084%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 003563	2018-08-22	METROLOGIA	4,000%	0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003563	2018-08-22	METROLOGIA	-4,000%	-0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003713	2019-02-21	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 003713	2019-02-21	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 003824	2019-05-13	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 003824	2019-05-13	METROLOGIA	-3,000%	-0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 003925	2019-07-16	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 003925	2019-07-16	METROLOGIA	-3,000%	-0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004003	2019-10-22	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004003	2019-10-22	METROLOGIA	-3,000%	-0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004126	2020-01-21	METROLOGIA	5,000%	0,127%	°F		JESUS PERILLA
P 004126	2020-01-21	METROLOGIA	5,000%	0,126%	°F		JESUS PERILLA
P 004247	2020-04-30	METROLOGIA	5,000%	0,120%	°F		LENIN PEREZ
P 004247	2020-04-30	METROLOGIA	-5,000%	-0,120%	°F		LENIN PEREZ
P 004349	2020-07-29	METROLOGIA	3,000%	0,094%	°F		JESUS PERILLA
P 004349	2020-07-29	METROLOGIA	14,000%	0,329%	°F		JESUS PERILLA
P 004349	2020-07-29	METROLOGIA	-14,000	-0,329%	°F		JESUS PERILLA
P 004349	2020-07-29	METROLOGIA	3,000%	0,094%	°F		JESUS PERILLA
P 004462	2020-10-19	METROLOGIA	15,000%	0,412%	°F		JESUS PERILLA
P 004462	2020-10-21	METROLOGIA	3,000%	0,079%	°F		JESUS PERILLA
P 004462	2020-10-19	METROLOGIA	15,000%	0,371%	°F		JESUS PERILLA
P 004462	2020-10-21	METROLOGIA	-3,000%	-0,083%	°F		JESUS PERILLA
P 004591	2021-01-05	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004591	2021-01-05	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004666	2021-03-25	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		ANDRES MEJIA
P 004666	2021-03-25	METROLOGIA	3,000%	0,073%	°F		ANDRES MEJIA
P 004774	2021-06-21	METROLOGIA	4,000%	0,095%	°F		LENIN PEREZ
P 004774	2021-06-21	METROLOGIA	-4,000%	-0,095%	°F		LENIN PEREZ
P 004866	2021-09-15	METROLOGIA	3,000%	0,074%	°F		ANDRES MEJIA
P 004866	2021-09-15	METROLOGIA	-3,000%	-0,074%	°F		ANDRES MEJIA
P 005026	2021-12-29	METROLOGIA	2,000%	0,049%	°F	C	YEISON
P 005026	2021-12-29	METROLOGIA	-2,000%	-0,049%	°F	C	YEISON
P 005171	2022-04-11	METROLOGIA	3,000%	0,074%	°F		ANDRES MEJIA
P 005171	2022-04-11	METROLOGIA	3,000%	0,074%	°F		ANDRES MEJIA

Instrumento:	PLANCHA DE TERMOFUSIÓN						
Marca:	CENTRAL						
Modelo:	SOCKET						
Serie:	TP-52						
Intervalo de Medición:	0 - 480 °F						
Criterio de Aceptación:	2.084%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 005253	2022-07-14	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	YEISON
P 005253	2022-07-14	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	YEISON

* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"