

## LABORATORIO DE METROLOGÍA

### HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

**Resultados de la calibración:** El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

<b>Instrumento:</b>	VALVULA DE SEGURIDAD N°04							
<b>Marca:</b>	AERRE							
<b>Modelo:</b>	1700							
<b>Serie:</b>	23918							
<b>Intervalo de Medición:</b>	0 - 275 Bar							
<b>Criterio de Aceptación:</b>	2.0%							
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta	
P 003203	2018-05-20	METROLOGIA	0,104%	0,056%	Bar	C	ANDRES MEJIA	
P 003329	2018-09-20	METROLOGIA	0,445%	0,225%	Bar	C	DANIEL ANTONIO	
P 003486	2019-02-12	METROLOGIA	0,502%	0,359%	Bar	C	DANIEL ANTONIO	
P 003648	2019-07-22	METROLOGIA	0,475%	0,343%	Bar	C	DANIEL ANTONIO	
P 003778	2019-12-17	METROLOGIA	-0,198%	0,238%	Bar	C	ANDRES MEJIA	
P 003869	2020-05-11	METROLOGIA	0,564%	0,130%	Bar	C	DANIEL ANTONIO	
P 004081	2020-11-19	METROLOGIA	0,215%	1,059%	Bar	C	DANIEL ANTONIO	
P 004194	2021-05-13	METROLOGIA	0,507%	0,500%	Bar	C	DANIEL ANTONIO	
P 004312	2021-09-02	METROLOGIA	0,645%	0,655%	Bar	C	DANIEL ANTONIO	
P 004438	2022-02-23	METROLOGIA	0,624%	0,201%	Bar	C	DANIEL ANTONIO	

\* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"