

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Resultados de la calibración: El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

Instrumento:	PLANCHA DE TERMOFUSION						
Marca:	CENTRAL						
Modelo:	2 SW						
Serie:	20150065						
Intervalo de Medición:	0 - 480 °F						
Criterio de Aceptación:	2.084%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 003514	2018-07-16	METROLOGIA	5,000%	0,120%	°F		JESUS PERILLA
P 003514	2018-07-16	METROLOGIA	-5,000%	-0,120%	°F		JESUS PERILLA
P 003587	2018-09-19	METROLOGIA	5,000%	0,124%	°F		JESUS PERILLA
P 003587	2018-09-19	METROLOGIA	14,000%	0,347%	°F		JESUS PERILLA
P 003587	2018-09-19	METROLOGIA	-5,000%	-0,124%	°F		JESUS PERILLA
P 003587	2018-09-19	METROLOGIA	14,000%	0,346%	°F		JESUS PERILLA
P 003701	2019-01-09	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 003701	2019-01-09	METROLOGIA	-3,000%	-0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 003767	2019-03-12	METROLOGIA	4,000%	0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003767	2019-03-12	METROLOGIA	-4,000%	-0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 003840	2019-05-13	METROLOGIA	2,000%	0,050%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003840	2019-05-13	METROLOGIA	2,000%	0,050%	°F	C	JESUS PERILLA
P 003917	2019-07-11	METROLOGIA	4,000%	0,100%	°F		JESUS PERILLA
P 003917	2019-07-11	METROLOGIA	-4,000%	-0,100%	°F		JESUS PERILLA
P 003982	2019-09-10	METROLOGIA	4,000%	0,100%	°F		JESUS PERILLA
P 003982	2019-09-10	METROLOGIA	-4,000%	-0,101%	°F		JESUS PERILLA
P 004085	2019-11-12	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004085	2019-11-12	METROLOGIA	-3,000%	-0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004160	2020-01-09	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004160	2020-01-09	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004233	2020-03-11	METROLOGIA	4,000%	0,101%	°F		JESUS PERILLA
P 004233	2020-03-11	METROLOGIA	-4,000%	-0,100%	°F		JESUS PERILLA
P 004336	2020-07-01	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004336	2020-07-01	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004441	2020-09-17	METROLOGIA	4,000%	0,097%	°F		JESUS PERILLA
P 004441	2020-09-17	METROLOGIA	4,000%	0,096%	°F		JESUS PERILLA
P 004522	2020-11-11	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 004522	2020-11-11	METROLOGIA	-3,000%	-0,072%	°F		JESUS PERILLA
P 004565	2021-01-08	METROLOGIA	4,000%	0,096%	°F		ANDRES MEJIA
P 004565	2021-01-08	METROLOGIA	-4,000%	-0,096%	°F		ANDRES MEJIA
P 004657	2021-03-25	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004657	2021-03-25	METROLOGIA	-2,000%	-0,048%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004729	2021-05-25	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		JESUS PERILLA
P 004729	2021-05-25	METROLOGIA	-3,000%	-0,075%	°F		JESUS PERILLA

Instrumento:	PLANCHA DE TERMOFUSION						
Marca:	CENTRAL						
Modelo:	2 SW						
Serie:	20150065						
Intervalo de Medición:	0 - 480 °F						
Criterio de Aceptación:	2.084%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 004816	2021-07-28	METROLOGIA	3,000%	0,074%	°F		JESUS PERILLA
P 004816	2021-07-28	METROLOGIA	-3,000%	-0,074%	°F		JESUS PERILLA
P 004900	2021-09-28	METROLOGIA	2,000%	0,050%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004900	2021-09-28	METROLOGIA	2,000%	0,049%	°F	C	JESUS PERILLA
P 004957	2021-11-29	METROLOGIA	1,000%	0,025%	°F	C	YEISON
P 004957	2021-11-29	METROLOGIA	1,000%	0,025%	°F	C	YEISON
P 005045	2022-01-31	METROLOGIA	3,000%	0,074%	°F		ANDRES MEJIA
P 005045	2022-01-31	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		ANDRES MEJIA
P 005100	2022-03-31	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		ANDRES MEJIA
P 005100	2022-03-31	METROLOGIA	3,000%	0,075%	°F		ANDRES MEJIA
P 005222	2022-06-06	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		ANDRES MEJIA
P 005222	2022-06-06	METROLOGIA	3,000%	0,072%	°F		ANDRES MEJIA
P 005274	2022-08-09	METROLOGIA	3,000%	0,074%	°F		NICOLAS LOPEZ
P 005274	2022-08-09	METROLOGIA	-3,000%	-0,074%	°F		NICOLAS LOPEZ
P 005352	2022-10-18	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	NICOLAS LOPEZ
P 005352	2022-10-18	METROLOGIA	2,000%	0,048%	°F	C	NICOLAS LOPEZ

* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"