

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Instrumento:	MANOMETRO DIGITAL						
Marca:	ADDITEL						
Modelo:	DIGITAL						
Serie:	21813050012						
Intervalo de Medición:	0 - 100 PSI						
Criterio de Aceptación:	4.0%						
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta
P 007946	2018-04-13	METROLOGIA	0,080%	0,007%	PSI	C	ANDRES MEJIA
P 008400	2018-10-18	METROLOGIA	0,200%	0,017%	PSI	C	ANDRES MEJIA
P 008688	2019-04-22	METROLOGIA	0,050%	0,007%	PSI	C	LENIN PEREZ
P 009133	2019-10-07	METROLOGIA	0,120%	0,009%	PSI	C	ANDRES MEJIA
P 009437	2020-04-21	METROLOGIA	0,040%	0,004%	PSI	C	LENIN PEREZ
P 009905	2020-10-27	METROLOGIA	0,020%	0,005%	PSI	C	JESUS PERILLA
P 010220	2021-04-22	METROLOGIA	0,060%	0,003%	PSI	C	LENIN PEREZ
P 010686	2021-10-28	METROLOGIA	0,050%	0,005%	PSI	C	YEISON
P 010881	2022-04-26	METROLOGIA	0,010%	0,003%	PSI	C	YEISON

* Los datos en blanco en la columna "Determinación de la Conformidad", hace referencia a Conforme Sujeto a Verificación "CSV" por tener un valor alto en la incertidumbre "U".

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.	
Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"