

LABORATORIO DE METROLOGÍA

HOJA DE VIDA Y CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Resultados de la calibración: El funcionario firmante es informado de los resultados de la calibración, y reconoce el error resultado del ejercicio y relacionado a continuación para la aplicación en su proceso. De acuerdo a la aplicación de las reglas para probar la conformidad o no conformidad con especificaciones (ISO 14253-1), se compara el intervalo de Error (E) + Incertidumbre (U) contra la tolerancia (T) para determinar la conformidad con los requerimientos o especificaciones, resultando así: C= CONFORME, NC= NO CONFORME, CSV= CONFORME SUJETO A VERIFICACIÓN.

Instrumento:	MANOMETRO DIGITAL							
Marca:	ADDITEL							
Modelo:	DIGITAL							
Serie:	21813050003							
Intervalo de Medición:	0 - 100 PSI							
Criterio de Aceptación:	4.0%							
N° Informe	Fecha de Calibración	Laboratorio	E%	U%	Unidad de Medida	Determinación de la Conformidad	Nombre Quien Reporta	
P 007856	2018-03-27	METROLOGIA	0,060%	0,013%	PSI	C	LENIN PEREZ	
P 008053	2018-05-29	METROLOGIA	0,120%	0,007%	PSI	C	JESUS PERILLA	
P 008436	2018-11-06	METROLOGIA	0,150%	0,025%	PSI	C	ANDRES MEJIA	
P 008791	2019-05-15	METROLOGIA	0,130%	0,004%	PSI	C	LENIN PEREZ	
P 009217	2019-11-12	METROLOGIA	0,130%	0,004%	PSI	C	ANDRES MEJIA	
P 009485	2020-05-06	METROLOGIA	0,090%	0,025%	PSI	C	ANDRES MEJIA	
P 009996	2020-11-10	METROLOGIA	0,140%	0,005%	PSI	C	ANDRES MEJIA	

NOTA: Diligencie esta información unicamente cuando el equipo se ponga fuera de servicio.

Fecha Puesta Fuera de Servicio:	
Numero de Ultimo Informe con el que se cierra la HDV:	
Nuero de Informe Diagnostico para dar de baja:	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha De Cambio	Tipo de Cambio (R=Retiro, M=Modificación, I=Inclusión)	Descripción Del Cambio
24-10-2017	I	Se adiciona la unidad de medida %Hr, Celda "I12"