

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 004798

Página 1 de 4

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

VALVULA DE SEGURIDAD

FABRICANTE:

Manufacturer

TAKEI CO

MODELO:

Model

NR

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

B-51263

UBICACIÓN

Location

SKID 13 NODO 2 - CUBARRAL

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 275 Bar

RESOLUCIÓN:

Resolution

0.01

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN:

Address

TRAILER 51377 NODO 2 : ACACIAS, CUBARRAL, DORADO,CASTILLO

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2023-06-15

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2023-06-15

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

4

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

NICOLAS LOPEZ
Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision 2023-07-05

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 4798

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 130211001DN)
Tipo (Type)	PRESION
Fabricante (Manufacturer)	RITHERM
Serie	130211001DN
Rango de Medición	0 - 69 Bar
Resolución	0.001 Bar
Certificado de Calibración	CMK-PRES-220384

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109 El valvula de seguridad referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL , las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el valvula de seguridad se mantuvo durante veinte minutos en carga maxima.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.


5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions

Temperatura Ambiente	28.7 °C
Room Temperature	
Humedad Relativa	68.9 HR
Relative Humidity	
Presión Atmosferica	967.52 hpa
Atmospheric Pressure	

6. Resultados de la Calibración

No. Prueba	Presión Disparo	Presión Recuperacion	U Disparo	U Recuperación
1	275,01	242,85	1,641	3,175
2	276,18	240,52		
3	276,18	240,74		
Promedio	275,79	241,37		
Error Max.	1,18			
SETTING AS FOUND		264.63 Bar		



Presión de Disparo =	275,79 Bar	±1,641
	0,287%	±0,595%
Presión de Recuperación =	241,37 Bar	±3,175
	-0,609%	±1,315%

7. Observaciones

Remarks

** se calibra equipo sin novedad presinto antiguo 13792 presinto nuevo 13933*

FIN DE DOCUMENTO.