

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 009527

Página 1 de 4

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

MANOMETRO

FABRICANTE:

Manufacturer

BOURDON HAENNI

MODELO:

Model

ANALOGO

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

20150007

UBICACIÓN

Location

SKID 5 - CAÑOS NEGROS

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 5000 PSI

RESOLUCIÓN:

Resolution

12.5

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN:

Address

TRAILER S-21047 CAÑOS NEGROS

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2020-06-08

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2020-06-08


NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

4

Calibrado Por:

Calibrate by:



ANDRES MEJIA
Técnico en Metrología

Aprobado Por:

Checked by:



Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision 2020-06-10

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 9527

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 211H13120027)
Tipo (Type)	PRESION
Fabricante (Manufacturer)	ADDITEL
Serie	211H13120027
Rango de Medición	0 - 10000 PSI
Resolución	1 PSI
Certificado de Calibración	CERT-20-EMP-872-3740

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109 El manometro referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL N°04 , las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el manometro se mantuvo durante veinte minutos en carga maxima.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions

Temperatura Ambiente32.8 °C

Room Temperature

Humedad Relativa71.4 HR

Relative Humidity


Presión Atmosferica973.0 hpa

Atmospheric Pressure

6. Resultados de la Calibración

De Llegada (AS FOUND)

Indicación Patrón	Indicación Instrumento Ascenso	Indicación Instrumento Descenso	Error Max. Relativo A La Escala	Maxima de Presión
0.0	0.0	0.0	0,0000%	50,000
500.0	512.5	512.5	0,2500%	
1000.0	1012.5	1012.5	0,2500%	
1500.0	1512.5	1512.5	0,2500%	
2000.0	2012.5	2012.5	0,2500%	
2500.0	2550.0	2512.5	1,0000%	U
3000.0	3050.0	3050.0	1,0000%	354,480
3500.0	3550.0	3550.0	1,0000%	
4000.0	4050.0	4050.0	1,0000%	
4500.0	4550.0	4550.0	1,0000%	
5000.0	5050.0	5050.0	1,0000%	



Max Error (%)=	1 %	±7,090
Max Error (PSI)=	50,000 PSI	±354,480

7. Observaciones

Remarks

* Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogas SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.

* La máxima diferencia en porcentaje, respecto a la full escala es de: 1,00%.

* El porcentaje de error así obtenido, es permitido en manómetros que corresponden a la clase de exactitud 1,00

* Se calibra sin novedad equipo en buen estado físico y mecánico.